

17 במרץ 2019
י' אדר ב' תשע"ט
מס' סימוכין: 2000-1023-2019-0020778

לכבוד

לוח תפוצה

הנדון: הנחיות משרד החינוך להתקנת מכשירי החייאה/ דפיברילטורים בבתי הספר

1. ביום י"ט באדר תשע"ח, 6.3.2018 אושר בכנסת התיקון לחוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, תשס"א-2001 (להלן- החוק).
החוק קובע חובת החזקת מכשירי החייאה בבתי ספר (בהם לומדים מעל 500 תלמידים); וחובת החזקת ערכות עזרה ראשונה בכל בתי ספר.

החובה הנה על "מחזיק מוסד החינוך" -

- (1) במוסד חינוך רשמי – רשות החינוך המקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה;
- (2) במוסד חינוך שאינו מוסד חינוך רשמי – בעל הרישיון לפתיחתו ולקיומו לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, או לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008;

2. בשלב זה, טרם הותקנו התקנות והצווים מכוח החוק ואלה נמצאים בשלב עבודה ובשל התפורות הכנסת טרם הושלמה התקנתם.

3. כמו- כן, ולפנים משורת הדין, משרד החינוך פרסם קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות ובעלויות עבור רכישת מכשירי החייאה למוסדות חינוך לשנות הלימודים תשע"ט – תשפ"א בלבד (רצ"ב וגם בדוא"ל)



קריטריונים לתקצוב משרד החינוך.pdf - רשות מקומית.pdf
טופסי בקשה

4. להלן הנחיות משרד החינוך הזמניות להתקנת המכשירים בבתי הספר עד לכניסה לתוקף של התקנות הקבועות.

5. דרישות ממכשיר החייאה

א. המכשירים המורשים לרכישה והתקנה בבתי הספר יהיו רק אותם המכשירים של החברות העומדות בדרישות משרד הבריאות בהתאם לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, תשס"ח-2008 ולתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, תשע"ד-2014. (אמ"ר – אמצעים רפואיים)

ב. **יש לוודא לפני הרכישה שהמכשיר המוצע מופיע ברשימת משרד הבריאות המעודכנת באתר זה**

<https://www.health.gov.il/Services/ImportAndBusinessLicensing/AMR/notifications/pages/22102014.aspx>

(1) דקר ציוד רפואי בע"מ – מספר אישור אמ"ר 7610408

(2) הדר-הדרכה ושירותים רפואיים - מספר אישור אמ"ר 5560008

(3) ש.א.ג. שרותי רפואה בע"מ- מספר אישור אמ"ר 1660009

(4) מדטכניקה בע"מ- מספר אישור אמ"ר 670469

- (5) לפידות מדיקל ייבוא ושיווק בע"מ - מספר אישור אמ"ר 4350491
- (6) ארדון ציוד רפואי בע"מ - מס. אישור אמ"ר 2950006
- (7) עמוס גזית בע"מ – מספר אישור אמ"ר 4080599

ג. הצבת מכשיר החייאה בתוך ארון קבוע ייעודי

- (1) הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה לומדים יותר מ- 500 תלמידים, תציב מכשיר החייאה אחד לפחות, במקום מרכזי ונגיש בכל שעות הפעילות בתוך בית הספר.
- (2) יש לוודא שהמכשיר לא נמצא בחדר נעול וכי הוא זמין לשימוש.
- (3) יש להציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה שניתן לפתוח אותו ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות.
- (4) ארון מכשיר החייאה יוצב בגובה שלא יפחת מ- 140 ולא יעלה על 160 סנטימטרים מגובה הרצפה.

5) דגשי בטיחות להצבת הארון:

- (1) יש להימנע ככל האפשר מלהתקינו במסדרון מרכזי המשמש את התלמידים באופן קבוע.
- (2) יש לוודא שהארון אינו נמצא במקום בולט במסדרון ומהווה סכנה לתלמידים בזמן ההפסקות/ריצות ומשחקים במסדרונות וכו'.
- (3) סוגיית מיקום העמדה בהיבטי בטיחות - יש לשקול בכובד ראש את סוגיית הבטיחות ואת שמירת המכשיר ממשחקי התלמידים.

ד. שלט המכוון אל מכשיר החייאה

- (1) הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה שלט במקום בולט לעין, על פי האמור להלן:
- (1) במבנה בית הספר - בגרמי המדרגות בכל קומה, בין אם הוצבה בקומה עמדת מכשיר החייאה, ובין אם לאו, באופן שהמרחק בין שלט לשלט באותה קומה לא יעלה על 50 מטרים;
- (2) בסמוך לכניסה לבית הספר וכן לכל פתח מבנה של בית הספר, ככל שקיימים לבית הספר מספר מבנים.
- (2) הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תציב בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, שלט המפרט את סדר הפעולות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה.

ה. **בדיקות תקינות תקופתיות**

- 1) הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תדאג לתקינות מכשיר ההחייאה ותוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית על ידי גורם מקצועי חיצוני.
- 2) הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תמנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, תקינות הסוללות, את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר ההחייאה, אם ישנה, וכי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר.
- 3) הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה תהיה אחראית על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ופירוט תאריכי הבדיקה. העתק תוצאות הבדיקות יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה/ברשות המקומית/בעלות.

ו. **שילוט**

- 1) הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה יציבו שלט על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה.
 - 2) הרשות המקומית/בעלות שבית ספר בהחזקתה ידאג כי בשלט המוצב יתקיימו התנאים הבאים:
 - 1) הוא עשוי חומר קשיח.
 - 2) הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה.
 - 3) אם השלט מוצב במקום חשוך - יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר אן שיוצב שלט זוהר בחושך.
 - 4) הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה השוהה בדרך כלל בבית הספר (ערבית/עברית).
6. **אבקש להפיץ לכל בעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות המקומית.**

בכבוד רב,
 שאלתיאל רם
 מנהל אגף היערכות לשעת חירום

בכבוד רב,
 ד"ר ליבנה
 עיריפת ליבנה

המפקחת על תחום הבריאות

העתק:

מנהלי מחוזות

גברת שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
 מר אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית
 גברת לאה ויצמן מנהלת תחום (תקציב - מינהל פדגוגי), המינהל הפדגוגי
 עו"ד עדי נועם, לשכה המשפטית, משרד החינוך
 מר יוחאי וג'ימה, ראש מינהל ביטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי בישראל
 גברת מיכל מנקס, ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל
 מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית
 מנהלי תחום ביטחון, בטיחות ושעת חירום מחוזיים
 ממוני בטיחות ושעת חירום מחוזיים